

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 420/10.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

на поставку сиффонного расходомера

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>День добрый. Необходимо уточнить: 1) верхнее значение расхода, в единицах измерения м3/ч; тонн/ч; литр/ч. 2) вентильные блоки для подключения в систему нужны или нет?</p>	<p>ДСП 160М1-1,5-0,25кгс/см2 – 160кгс/см2,- 100т/ч ДСП 160М1-1,5-0,4кгс/см2 – 160кгс/см2,- 125т/ч ДСП 160М1-1,5-0,63кгс/см2 – 160кгс/см2,- 320т/ч блоки для подключения в систему не нужны</p>