

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 1020/18.09.20/КО/Э

на поставку шкафов сушильных

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	<p>1. Просим подтвердить правильность указанных габаритов рабочей камеры в тех.задании по SNOL 140/35: указано 390*900*590. У данного сушильного шкафа габариты камеры 390*900*390. 2. Что должно входить в комплект ЗИП?</p>	<p>1) при указании габаритов рабочей камеры в тех задании допущена техническая ошибка - необходимо указать габариты камеры не менее 390*900*390;</p> <p>2) в комплект ЗИП необходимо включить для каждого типа шкафа дополнительно: запасной электронный терморегулятор не менее 1 шт., предохранители не менее 10 шт.</p>
2	<p>Просим пояснить. 1) Свидетельство о первичной аттестации Термин "Аттестация" применяется сейчас касательно испытательного оборудования (сушильные шкафы СНОЛ таковыми не являются). Также аттестационных полномочий у производителя нет, этим чаще всего занимаются метрологические службы Заказчика и специализированные органы (ЦСМ).2) Сертификаты безопасности. О каком сертификате в данном случае идёт речь? Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 и 010/2011?</p>	<p>Комплект документов: паспорт, руководство по эксплуатации, методика и программа аттестации испытательного оборудования, аттестат и протокол аттестации на испытательное оборудование, авторизованное гарантийное письмо от производителя, сертификаты соответствия (таможенный союз) ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001.</p>