

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 914/18.06.21/КО/Э

на поставку тепловизора

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	Вам нужен Тепловизор Testo890-2 с одним объективом или двумя?	Необходим прибор с двумя объективами.
2	Нужна ли опция SuperResolution в комплекте поставки?	Опция нужна в комплекте поставки.
3	Нужна ли опция измерения высоких температур от +350 до 1200 °С в комплекте поставки?	Опция высоких температур нужна в комплекте поставки