

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 171/19.02.21/КО/Э

на поставку запасных частей для пластометра ИИРТ-5

№ п/п	Вопрос участника по конкурентному отбору	Ответ Заказчика по конкурентному отбору
1	Добрый день! Просим уточнить по позиции № держатель грузов для пластометра ИИРТ-5 должен быть с поршнем или без него?	Данный держатель идет без поршня