

Разъяснения к вопросам участников проведения конкурентного отбора

№ 1605/11.11.19/КО/Э

на Оказание услуг по техническому обслуживанию, подготовке к поверке и организации поверки средств измерений (газоанализаторов Testo-350, Полар-Т, Эксперт Универсал Стандарт, Полар-ЕхТ, Полар-2Т, Полар, ЭССА-03/4, манометра МР-200, трубки ПИТО, НИИОГАЗ)

№ п/п	Вопрос участника	Ответ Заказчика
1	Прошу Вас уточнить: 1) Количество каналов и виды газов газоанализаторов Testo 350, Полар Т, Полар 2Т, Эксперт Универсал Стандарт. 2) Диапазон температур и класс допуска преобразователя ТП-0198.	Дополнительное описание см. ниже

Техническое обслуживание с заменой комплектующих:

1. Газоанализатор дымовых газов «Testo-350», зав.№ 50273630048. В приборе 4-ре датчика, (кислорода, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота) с обязательной заменой датчиков кислорода, оксида углерода.

в случае необходимости:

- заменой датчиков оксида азота, диоксида серы, аккумуляторной батареи, фильтров;

- ремонтом или заменой пробоотборного насоса, элементов пробоотборной магистрали, внутренних соединений трубки.

2. Газоанализатор многокомпонентный «Полар», модификация «Полар Т», зав. № 0037-10. В приборе 7-мь датчиков, при необходимости замена датчиков (кислорода, оксида углерода, диоксид углерода, оксида азота, диоксид серы, сероводорода, пропан) с обязательной заменой датчиков кислорода, оксида углерода,

в случае необходимости:

- заменой датчиков оксида азота, диоксида серы, сероводорода, диоксида углерода, пропана, аккумуляторной батареи, внешнего фильтра очистки пробы;

- ремонтом или заменой пробоотборного насоса, элементов пробоотборной магистрали, внутренних соединений трубки; или отдельных узлов, требующих замены в текущем году.

3. Газоанализатор многокомпонентный модификация «Полар- 2Т», зав. № 0107-15. В приборе 7-мь датчиков (кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сернистого ангидрида, сероводорода, аммиака) с обязательной заменой датчиков кислорода, оксида углерода

в случае необходимости:

- заменой датчиков оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, аммиака, диоксида углерода, аккумуляторной батареи, внешнего фильтра очистки пробы;

- ремонтом или заменой пробоотборного насоса, элементов пробоотборной магистрали, внутренних соединений трубки

4. Газоанализатор многокомпонентный модификация «Полар- ЕхТ», зав. № 0386-15 . В приборе 6-ть датчиков (кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сернистого ангидрида, сероводорода) с обязательной заменой датчиков кислорода, оксида углерода

в случае необходимости:

- заменой датчиков оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, диоксида углерода, аккумуляторной батареи, внешнего фильтра очистки пробы;

- ремонтом или заменой пробоотборного насоса, элементов пробоотборной магистрали, внутренних соединений трубки;

5. Газоанализатор многокомпонентный «Эксперт», модификация «Эксперт Универсал стандарт», зав.№ 0015-04. В приборе 5 датчиков (кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сернистого ангидрида) с обязательной заменой датчиков кислорода, оксида углерода.

в случае необходимости:

- заменой датчиков оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, диоксида углерода, аккумуляторной батареи, внешнего фильтра очистки пробы;

- ремонтом или заменой пробоотборного насоса, элементов пробоотборной магистрали, внутренних соединений трубки;

или отдельных узлов, требующих замены в текущем году.

6. Термоэлектрического преобразователя модификации: ТП-0198, зав.№ 4415, диапазон температур измерения- от -40 до 600 °С, класс допуска – 2.