

## Разъяснения к вопросам участников проведения запроса предложений

№528/04.12.18/НСТЭЦ/ЗП

на Оказание услуг по разработке и аттестации методик измерений на узлы учета тепловой энергии (лот 3727)

№ п/п	Вопрос участника по запросу предложений	Ответ Заказчика по запросу предложений
1	Просим уточнить количество необходимых к разработке методик измерений количества тепловой энергии, поскольку в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии входят подающие паропроводы и обратные конденсатопроводы, а учет тепловой энергии отпущенной источником тепловой энергии ведется по разности тепловой энергии, отпущенной с паром и тепловой энергии, возвращаемой с конденсатом	Методики измерений на узлы учета тепловой энергии должны быть разработаны в соответствии с требованиями ст.5 ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008г. и ГОСТ Р 8.899-2015 "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений" в количестве 15 штук.